

ESTA É UMA TRADUÇÃO LIVRE, QUALQUER DÚVIDA CONSULTE O ESCOPO ORIGINAL EM INGLÊS, DISPONÍVEL EM: http://search.anab.org/public/organization_files/Qualabor-Servicos-da-Qualidade-Ltda-Cert-and-Scope-File-02-01-2019_1549021703.pdf



CERTIFICADO DE ACREDITAÇÃO

ANSI National Accreditation Board

11617 Coldwater Road, Fort Wayne, IN 46845 USA

Certifica a

Qualabor Serviços da Qualidade Ltda.

Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 5000

Curitiba, PR, 81280-340

Foi auditada pela ANAB e atende os requerimentos da norma internacional

ISO/IEC 17043:2010

Demonstrando competência técnica como

PROVEDOR DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA

Referir-se o acompanhamento escopo de acreditação, para obter informações sobre os tipos de atividades a que se aplica a esta acreditação.

AP-2654

Certificate Number


ANAB Approval

Certificate Valid Through: 01/30/2021
Version No. 002 Issued: 02/01/2019



SCOPO DA ACREDITAÇÃO DA ISO/IEC 17043:2010**Qualabor Serviços da Qualidade Ltda.**

Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 5000

Curitiba, PR, 81280-340

contato@qualabor.com.br

Clecio Dambiski

clecio@qualabor.com.br**PROVEDOR DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA**Válido até: **30 de Janeiro, 2021**Número do certificado: **AP-2654****Ensaio mecânicos**

Descrição do item	Propriedades medidas	Procedimento para estabelecer o valor designado
Distância de isolamento e escoamento em dispositivos elétricos	Cota dimensional de escoamento e de isolamento	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Dureza Shore, Barcol, Rockwell, Brinell, Vickers em materiais	Dureza	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Colchão de mola	Rolagem; Recuo; Tipo da mola; N° de molas; Largura de borda do perímetro; Colchas de espessura; Espessura de guisado e espuma; Espuma densidade nominal; Guisado de densidade nominal; Calibre de fio; Densidade de borda; Deformação da borda; Resiliência de borda; Teor de cinzas da fronteira; Largura do colchão, comprimento do colchão; Altura do colchão;	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Espuma flexível	Densidade; Resiliência; Deformação permanente devido a compressão; Teor de cinzas; Força de recuo; Fadiga dinâmica – perda de espessura; Fadiga dinâmica – perda de força de indentação	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência



ANSI National Accreditation Board

Torção, tração, compressão, cisalhamento, flexão em brinquedos, itens de festa e material escolar ou outros dispositivos específicos de item de teste	Ruptura	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
--	---------	--

Ensaio mecânicos

Descrição do Item	Propriedades medidas	Procedimento para determinação do valor designado
Indebilidade de marcações no item de teste marcado	Verificar se a marcação é ainda legível após o ensaio	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Plugs e tomadas e outros dispositivos	Medida linear, raio e ângulos	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Item teste específico do impacto de pêndulo	Falha do item	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Item teste específico do impacto de martelo	Falha do item	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Torque em parafusos de conexão elétrica no item de teste	Falha do item para um torque pré-determinado ou o torque que falhou	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Dispositivo elétrico específico índice IP de proteção	Classificação do índice de proteção	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Líquido penetrante	Descontinuidades em solda	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Medição de espessura por ultrassom	Espessura	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Válvula de alívio de pressão e vácuo	Pressão de abertura	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Regloscópio	Distância “c”	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Frenometro, suspensão e alinhamento	Força máxima, índice de desequilíbrio, desequilíbrio de volante.	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Gás Natural Veicular (GNV)	Sistemas e componentes de veículos, sistemas de componentes de GNV	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência



Inspeção de rede de gás	Dispositivo de rede interna Distribuição gás Gás dispositivo Conexões individuais de exaustão natural sistema Verificação da higiene de combustão coletiva Rede de distribuição coletiva Individual sistema de exaustão natural	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
-------------------------	---	---

Ensaio biológicos

Descrição do item	Propriedades medidas	Procedimento para determinação do valor designado
AIE- Amostras de soro equino	Presença ou ausência de anticorpos contra o vírus da Anemia Infecciosa Equina (AIE)	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
MORMO- Amostras de soro equino	Presença ou ausência de anticorpos contra as bactérias de Mormo	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Deteção de salmonela em amostras de alimentos ou água	Presença ou ausência de salmonela	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência

Ensaio térmicos

Descrição do item	Propriedades medidas	Procedimento para determinação do valor designado
Chama de agulha no dispositivo elétrico	Condições de inflamabilidade	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Fio incandescente no dispositivo elétrico	Condições de inflamabilidade	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Calorímetro diferencial de varredura (DSC) de item polimérico	Temperatura vítrea, temperatura de fusão, temperatura de cristalização, entalpia de cristalização, entalpia de fusão cristalina	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Inflamabilidade em dispositivos	Condições de inflamabilidade	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Item de teste específico da pressão ponta esfera	Diâmetro de impressão	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Aumento de temperatura em terminais de dispositivo elétrico	Aumento da temperatura	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Aumento de temperatura em superfícies de dispositivo elétrico	Aumento da temperatura	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência



Ensaaios elétricos

Descrição do item	Propriedades medidas	Procedimento para determinação do valor designado
Dispositivo elétrico de curto-circuito	Integral de Joule, amplitude e tempo de corrente	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Dispositivo elétrico de curto-circuito	Ruptura da isolação	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Dispositivo elétrico de resistência de isolamento	Resistência de isolação	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência

Ensaio elétrico


Descrição do item	Propriedades medidas	Procedimento para determinação do valor designado
Rigidez dielétrica-dispositivo elétrico de tensão aplicada	Tensão disruptiva	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Potência e corrente em dispositivos elétricos	Potência e corrente	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Disjuntores, fusíveis ou outros equipamentos de proteção	Ação do tempo e disjuntor	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência

Ensaio químico

Descrição do item	Propriedades medidas	Procedimento para determinação do valor designado
Emissões atmosféricas de fontes fixas	Concentração de: CO(g) O ₂ (g) NO _x (g) SO _x (g) Partículas em suspensão	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Migração de metais pesados	Concentração de: Sb As Ba Cd Cr Pb Hg Se Outros metais	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência

Óleo Mineral físico-químico para teste de isolamento elétrica – óleo isolante	Índice de neutralização densidade conteúda de água no fator de potência de 20 / 4° C a 100° C rigidez dielétrica tensão Interfacial determinação da cor – método do colorímetro conteúdo de partícula viscosidade cinemática ponto 40° C	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
PCB em líquidos, sólidos e óleos	Concentração de PCB	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Análise de gases dissolvidos no óleo de isolamento elétrica	Hidrogênio Oxigênio Nitrogênio Metano Etano Etileno Acetileno Monóxido de carbono Dióxido de carbono Total de gases combustíveis Total de gases	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Testes de campo físico-químico na água bruta, tratada, residual, água para consumo ou efluentes	Testes físico-químicos	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência

Amostras de água bruta, água tratada, residual, para consumo ou efluentes	Cor aparente Cor verdadeira pH Turbidez Ferro Flúor Cloro manganês Cromo Cobre Magnésio Chumbo Antimônio Arsênico Zinco Sódio Selênio Alumínio Mercúrio Bário Latão Molibdênio	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
--	---	--



Descrição do item	Propriedades medidas	Procedimento para determinação do valor designado
Amostras de água bruta, água tratada, residual, para consumo ou efluentes	Prata Vanádio Níquel titânio cálcio cobalto outros metais Dureza sulfato sulfeto de cloreto	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Amostras de água bruta, água tratada, residual, para consumo ou efluentes	Alcalinidade cianeto Cromo hexavalente BOD COD fenol amoníaco nitrogênio nitrato nitrito fósforo suspensa sólidos totais sólidos dissolvido em óleos e graxas, solventes orgânicos de TPH COV Dureza cálcio trihalometanos Farmacos hormônios patógenos Bactérias	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência

Descrição do item	Propriedades medidas	Procedimento para determinação do valor designado
Emissões veiculares	Concentração de: Monóxido de carbono Hidrocarbonetos Nitrogênio Óxidos Óxidos de enxofre Matéria particulada Aldeídos Cetonas Etanol não queimado	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Amostras de carvão mineral	Umidade higroscópica Carbono fixo Material volátil Total de cinzas enxofre Poder calorífico superior	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Baterias automotivas	Estanqueidade resistência capacidade C20 vibração eletrólito retenção de controle Dimensional descarga da elétrica durabilidade baixa temperatura da reserva capacidade externa de queda peso Inspeção Visual testes apropriado para flotação de queda de tensão na teste de ciclagem térmica da resistência interna interconexões	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência

Descrição do item	Propriedades medidas	Procedimento para determinação do valor designado
APH (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos) na água, solo e sedimentos	Acenaphthalene Acenafteno Fluorene fenantreno antraceno fluoranteno pireno Benzo (a) antraceno naftaleno Criseno Benzo (b) fluoranteno Benzo (k) Fluoranteno Benzo pireno indeno (1, 2,3-cd) pireno Dibenzo (a, h) antraceno Benzo (g, h, eu) perileno	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência

Acoustic testing

Descrição do item	Propriedades medidas	Procedimento para determinação do valor designado
Nível de pressão sonora em dispositivos	Pico de pressão sonora	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Ruído automotivo (sistema de escape, ou em outro ponto)	Pico de pressão sonora	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência



Clinic Testing

Descrição do item	Propriedades medidas	Procedimento para determinação do valor designado
Controle de qualidade externo hematologia em amostras de soro sanguíneo	-Bioquímica - Hematoscopia -Hematologia automatizada: - Coagulação -exame de urina - Parasitologia: - Bateroscopia - GRAM - Bacteriologia: -Imunohematologia	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência

Ensaios de amostragem

Descrição do item	Propriedades medidas	Procedimento para determinação do valor designado
Processo de amostragem isolada na água bruta, água tratada, residual, para consumo ou efluentes para ensaios químicos	Amostragem em parâmetros químicos	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Processo de amostragem isolada na água bruta, água tratada, residual, para consumo ou efluentes para ensaios físicos	Amostragem em parâmetros físicos	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência
Processo de amostragem isolada na água bruta, água tratada, residual, para consumo ou efluentes para ensaios biológicos	Amostragem em parâmetros biológicos	Valores de consenso dos participantes / Valores de referência

Calibração

Descrição do Item PT / artefato	Propriedades de medida	Range da propriedade.	Incerteza expandida do PT Item / artefato (+ / -) (incluindo unidades adequadas)	Procedimento para determinação do valor designado
Balança	Massa	0,01 [mg] to 500 [kg]	0,01 [mg] to 50 [g]	Valor de referência certificado
Paquímetro	Dimensão	0,01 [mm] to 1000 [mm]	0,01 [mm]	Valor de referência certificados
Volumétrico	Volume	1 [µL] to 1000 [mL]	0,002 [µL] to 0,3 [mL]	Valor de referência certificados
Termômetro	Temperatura	-200 [°C] to 1200 [°C]	0,04 [°C] to 3 [°C]	Valor de referência certificados
		0,1 [Ω] to 200 [MΩ]	0,1 [Ω] to 10 [kΩ]	



Multímetro	Resistência tensão corrente frequência capacitância	0,1 [mV] to 1 [kV] (AC) 0,1 [mV] to 1 [kV] (DC) 0,01 [mA] to 20 [A] (AC) 0,01 [mA] to 20 [A] (DC) 1[Hz] to 200 [kHz] 10[pF] to 200[μF]	3,6 [μV] to 1,4[V] (AC) 3,6 [μV] to 1,4[V] (DC) 0,07[μA] to 0,1[A] (AC) 0,07 [μA] to 0,1 [A] (DC) 0,01[Hz] to 1[kHz] 0,1[pF] to 1[μF]	Valor de referência certificados
------------	---	---	--	--

Note:

1. This scope is formatted as part of a single document including Certificate of Accreditation No. AP-2654.



Vice President

