

S8 Multifuncional corporal

En que consiste

CAVITACION

EL principio de Ultra cavitación es el uso de un transmisor de onda ultrasónica de frecuencia que llega a 40KHz de onda sonora intensa provocando altas vibraciones dentro de la célula grasa, y un transmisor de 25k para mayor profundidad. Su aplicación resulta en la producción de la bolsa de vacío de aire dentro y fuera de la célula grasa, las células de grasa se bombardean con alta intensidad y fuerza y provocando en su membrana la licuefacción de esta.

RADIOFRECUENCIA

Consiste en la aplicación de radiaciones electromagnéticas que provocan un calentamiento de las diferentes capas de la piel llegando a las capas más profundas de la dermis mientras se protege la epidermis provocando una regeneración del colágeno natural y de la elastina.

RADIOFRECUENCIA BIPOLAR

El cabezal presenta 2 polos emisores y receptores de energía que generan un arco y provocan el aumento de temperatura superficial para obtener un tratamiento más controlado y de menor potencia para aplicar en zonas específicas. Actúa o produce calor sobre la capa superficial de la piel (Tratamientos de tensado y firmeza), atenuación de líneas profundas, patas de gallo, contorno del rostro, cuello rugoso, entre otros.

DIODOLIPOLISIS

El emisor de luz LED no invasivo alcanza el tejido celular subcutáneo haciendo permeable la membrana de los adipocitos sin dañar a los tejidos circundantes, es capaz de estimular a la célula adiposa a que libere gran parte de su tejido celular (agua, ácidos grasos y glicerol). Hacia el espacio intersticial para que posteriormente sea drenado y metabolizado naturalmente por el cuerpo de donde son transportados por el sistema venoso y linfático a otras células o tejidos para utilizarse como energía de consumo o bien hasta el hígado en donde se metabolizan al igual que las grasas consumidas diariamente.



ACCESORIOS

- Pieza de mano cavitación
- Pieza de mano rf facial
- Pieza de mano rf tripolar
- Pieza de mano rf multipolar
- Pieza de mano multipolar/corporal f. vacum + rf
- Pieza de mano crioterapia



Hugo Beltran
3044050547

Rafael Contreras
3105659124



proveedoresteticocolombia@gmail.com



@proveedoresteticocolombia



Calle 130 # 58 -20 Local 2-97
Centro comercial Plaza
Aventura
Bogotá D.C.

Para que esta indicada

- Lifting facial
- Flacidez de brazos muslos glúteos y abdomen
- Bolsas y ojeras
- Acné, Arrugas faciales
- Rosácea, Celulitis.
- Post operatorios
- Adiposidad localizada
- Lipolisis o eliminación del exceso de grasa
- Celulitis.
- mejora la circulación sanguínea y la circulación de la linfa

Contraindicaciones

- Está completamente prohibido en personas que padecen enfermedades graves autoinmunes.
- Patologías auditivas
- Cardiopatías o epilepsias, así como patologías hepáticas y/o renales
- Embarazadas y madres en época de lactancia
- Lesiones agudas de la piel
- Marcapasos u otros dispositivos electrónicos
- Cáncer
- Portadores de prótesis metálicas, marcapasos, Desfibradores o cardioversores.
- Implantes de colágeno reciente

Características técnicas

Características técnicas	Tensión	110 ~ 120 V
	Potencia	190W
Crioterapia	Temperatura	5° - 0°c
	Potencia	35w
Cavitación	Frecuencia	30 - 40 KHz. ajustable
	Potencia	15W
RF sextupolar	Frecuencia	1 MHz.
	Potencia	50w
RF cuadrupolar	Frecuencia	1Mhz.
	Potencia	30W
RF tripolar	Frecuencia	1 MHz
	Potencia	15 W
RF bipolar	Frecuencia	1 MHz
	Potencia	10 W
Vacuum	Frecuencia	1 MHz
	Potencia	50 W
	Vacum	<-80 KPa
	Presión	>250 KPa
Diodolipolisis	Longitud de Onda	635nm
	Potencia	52 X 5Mw = 260 Mw